



**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRAN EL SUMINISTRO POR
ARRENDAMIENTO DE SUPERFICIES DE DESCANSO DE AIRE ALTERNANTE PARA LA
GERENCIA DEL SECTOR SANITARI MIGJORN. NÚMERO DE EXPEDIENTE HSL 05/2014**



ÍNDICE

Página

1.	OBJETO DEL CONTRATO	3
2.	CONDICIONES GENERALES	3
3.	OTRAS CONDICIONES	4
4.	NORMAS PARA LA CONFECCION DE LAS OFERTAS	4



1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto la contratación de un servicio de superficies de descanso de aire alternante para el manejo de la presión (SEMP).

2. CONDICIONES GENERALES

El Hospital Son Llàtzer dispone de 401 camas de hospitalización y 18 en la unidad de críticos

De este punto en adelante, se tratarán este pliego como colchones TIPO 1 a las superficies de soporte reactivas motorizadas de baja presión continua y como colchones de TIPO 2 a las superficies de soporte activas motorizadas de aire alternante.

Definición circuito

El contratista se hará cargo del suministro de la superficie (entrega y recogida), limpieza, mantenimiento y almacenaje. Así como el reemplazo de una de ellas en caso de avería

Entrega de SEMP:

En días laborables:

Los responsables de la gestión de SEMP del HSLI entre las 8:00 a 10:00h de la mañana harán una petición telemática* de las SEMP solicitadas por los servicios. Se reservan el derecho de cancelación sin coste hasta las 13:00h de ese mismo día.

Las SEMP se entregarán ese mismo día a las 11:00h de la mañana.

El contratista entregará las SEMP en la unidad que la ha solicitado a las 11:00h.

El coordinador de la unidad o la persona que éste designe firmará el albarán de entrega.

*La aplicación telemática deberá permitir a los responsables de la gestión de SEMP del HSLI realizar actualizaciones referentes a los datos de los pacientes.

Retirada de SEMP

El personal del hospital HSLI preparará la SEMP para su retirada según instrucciones del producto y las depositará en un lugar habilitado dónde las recogerá el contratista.

El contratista estará obligado a tener un pequeño stock durante el fin de semana y festivos de 6 unidades del tipo de TIPO 1.

En este sentido, le es exigible:

- El cumplimiento de toda la normativa que le es de aplicación.



El importe máximo de la licitación indicado en el Pliego de Cláusulas Administrativas incluye todos los gastos que el licitador deberá realizar para garantizar el cumplimiento del contrato en los términos descritos en este PPT incluidos el transporte, recogida, limpieza, recambio, mantenimiento, almacenaje y otros gastos como los generales, y toda clase de tributos y tasas en vigor, así como los que se establezcan o modifiquen durante la vigencia del contrato, y el Impuesto del Valor Añadido (IVA).

Las diferentes características técnicas que deben cumplir las superficies objeto del contrato se recogen en el Anexo I de este PPT.

La dirección de enfermería, y en delegación la supervisión de cada planta, tendrá la potestad de decidir que tipo de superficie es la más conveniente para cada paciente.

3. OTRAS CONDICIONES

Tiempo de respuesta desde aviso máximo 24 hrs. (excepto fines de semana y festivos).

Tratamiento, limpieza adecuada para superficies utilizadas en pacientes aislados.

4. NORMAS PARA LA CONFECCIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas supone por parte del licitador la aceptación incondicional de las cláusulas de este PPT y del PCA al que acompaña.

Las ofertas deberán presentarse en castellano o catalán. Será rechazada toda firma licitante que no presente la totalidad de los documentos en castellano y/o catalán, o que estando en otro idioma no presente la documentación traducida de forma oficial en uno de los dos idiomas. En todo caso, la decisión a tomar se producirá por la mesa de contratación.

a. Composición de las ofertas:

Las empresas licitadoras deberán ofertar el objeto del pliego tal y como se recoge en este PPT. Se admitirán alternativas a la oferta base que no modifiquen el objeto del concurso.

b. Contenido de las ofertas:

El contenido de las ofertas técnicas deberán ir acompañadas de todo tipo de instrucciones de uso, especificaciones técnicas y materiales de fabricación. También deberán incorporar todo tipo de información técnica demandada en el anexo I.

Deberá indicar como se efectuará la recogida y entrega, los días de la semana, el medio de comunicación, el sistema de control que se aplicará, una relación de los medios de que supone para cumplir con el contrato.



Palma de Mallorca, 3 de junio de 2014.

Ana María Pérez Fernández
Directora de Enfermería

M^a Dolores García Raya
Coordinadora de Formación de Enfermería



ANEXO I

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Aspectos ergonómicos:

- 1.1. Comodidad para el paciente.
- 1.2. Facilidad de manipulación, transporte y almacenamiento.

2. Aspectos de limpieza:

- 2.1. Existencia de un protocolo de limpieza por parte del fabricante, incluidas las superficies utilizadas en pacientes aislados.

3. Aspectos de seguridad:

- 3.1. Riesgo de atrapamiento
- 3.2. Aislamiento eléctrico.

4. Certificados y normativas:

- 4.1. Cumplimiento de la normativa vigente referente a las instalaciones y equipo

TIPO 1

Superficie de soporte reactiva motorizada de baja presión continua.

Capacidad de adaptar las presiones reaccionando al peso y a los movimientos del paciente para la prevención y tratamiento de úlceras por presión.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- Colchón soporte reactivo motorizado de baja presión continua para la prevención y el tratamiento de las úlceras. Contarán con sistemas que detectan el peso y el contorno del paciente ajustándose automáticamente a la presión que ejerce el paciente en las diferentes zonas del cuerpo. No existen ciclos de alternancia.
- Índice de alivio presión (IAP) dispositivos que reduzcan la presión de oclusión capilar por debajo de 17 mm Hg.
- Base de colchón de poliuretano.
- Celdas independientes en control de la presión individual.
- Unidad de inflado compacta, ligera, silenciosa. Regulación de presión.
- Compresor: ligero, silencioso, sin vibraciones, fácil de usar, con filtro de aire integrado para reducir el polvo, ampliar la vida del sistema y control de infecciones. Con sistemas de alarma visual y auditiva
- Sujeción segura a la cama. Fijación integral que permite instalar el compresor en el pie de la cama.
- Funda con cobertura bacteriostática, impermeable, transpirable, no friccionante, antifúngica, ignífuga, de fácil limpieza y elasticidad para eliminar las fuerzas de fricción (resistente al desgarro)
Cremallera que cubra como mínimo el 50% del colchón con pestaña de protección y serigrafía identificativa de posición correcta.
Costuras selladas.



Los materiales recomendados son poliuretano (100%) o en su defecto poliuretano (60%) más poliéster (40%).

Microporos para ventilación (Capaz de gestionar el microclima)

- Sistema de vaciado en caso de parada cardiorrespiratoria: facilidad de uso y tiempo de vaciado no exceda de 10 segundos.
- Elevado nivel de confort para el paciente.
- Fácil de usar
- De fácil manejo, lavado, desinfección y transporte.
- Que soporte un peso máximo “mínimo” de 150 Kg
- Claridad y simplicidad del manual de instrucciones.
- Soporte de formación por parte del fabricante.

DIMENSIONES GENERALES:

- Apto para todo tipo de camas hospitalarias.

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

- Certificado y Cumplimiento de la Normativa CE

TIPO 2

Superficie soporte activa motorizada de aire alternante (celdas > 10 cm).

Capacidad de cambiar las propiedades de distribución de la presión con o sin paciente para la prevención y tratamiento de úlceras por presión

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- Base o núcleo de espuma de alta densidad entre 40-50k/m³.
- Capa superior: celdas de poliuretano que basándose en el inflado y desinflado redistribuyen la presión por medio de cambios cíclicos de aire que pueden variar de 7,5 minutos a 25 minutos.
- Índice de alivio presión (IAP) dispositivos que reduzcan la presión de oclusión capilar por debajo de 17 mm Hg.
- Funda con cobertura bacteriostática, impermeable, transpirable, no friccionante, antifúngica, ignífuga, de fácil limpieza y elasticidad para eliminar las fuerzas de fricción (resistente al desgarro), Cremallera que cubra como mínimo el 50% del colchón con pestaña de protección y serigrafía identificativa de posición correcta.
Costuras selladas.

Los materiales recomendados son poliuretano (100%) o en su defecto poliuretano (60%) más poliéster (40%).

Microporos para ventilación (Capaz de gestionar el microclima)

Extensible en 2 direcciones



- Compresor ligero, silencioso, sin vibraciones, y fácil de usar, con filtro de aire integrado para reducir el polvo, ampliar la vida del sistema y control de infecciones. Con sistemas de alarma visual y auditiva
- Sujeción segura a la cama. Fijación integral que permite instalar el compresor en el pie de la cama.
- Sensor que permite un ajuste individual continuo de la presión dependiendo de la posición, el peso y la estatura del paciente, garantizando el confort y asegurando un óptimo alivio de la presión.
- Ajuste automático de la presión en tiempo real independiente del tipo de paciente y de su posición mediante sistema de detección de la variación de la presión ubicado en el colchón.
- Flexibilidad en la elección entre el modo de terapia de presión baja, continua o alterna.
- Opción de flujo de aire para la gestión de microclima.
- Tubos de conexión, antiroturas y antipliegues.
- Sistema de vaciado en caso de parada cardiorrespiratoria: facilidad de uso y tiempo de vaciado no exceda de 10 segundos.
- De fácil manejo, lavado, desinfección y transporte.
- Que soporte un peso máximo “mínimo” de 150 Kg
- Claridad y simplicidad del manual de instrucciones.
- Soporte de formación por parte del fabricante.

DIMENSIONES GENERALES:

- Apto para todo tipo de camas hospitalarias

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS:

- Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE

Todas las medidas son orientativas. Se admitirán al procedimiento todas aquellas ofertas que no varíen del objeto descrito en este pliego técnico.

MATERIALES Y ACABADOS

- Material de la funda: tejido de poliuretano
- Material de las celdas: poliuretano
- Material de la carcasa: FH ABS
- Este producto no debe contener látex